



Soluție etalon de tampon, material de referință certificat MRC pH 1,679, IUPAC, 500 mL

Nr. produs: S11M001

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Material de referință certificat MRC conform EN ISO 17034

Soluție etalon de tampon pH, IUPAC, material de referință certificat (MRC), conform DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00), cu certificat de analiză* care raportează valoarea exactă a conductivității. Trasabilă la scara de pH IUPAC și NIST. Durată de valabilitate garantată datorită ambalajului etanș din pungă de aluminiu. Soluție de tampon pH incoloră. pH 1,679 ±2 la 25 °C, recipient de 500 mL.

*Disponibil pentru descărcare de pe www.hach.com/CoA.

Producător acreditat de materiale de referință

Compania Hach este acreditată de către autoritatea germană de acreditare DAkkS ca producător înregistrat de materiale de referință conform DIN EN ISO 17034:2017. Laboratorul de calibrare Hach situat în Berlin este înregistrat conform DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (D-K-15184-01-00).

Soluții etalon complet trasabile

Utilizarea de soluții etalon fabricate de un producător acreditat de materiale de referință vă conferă încredere deplină în lanțul trasabilității și în incertitudinile calculate. Toate soluțiile etalon sunt formulate în conformitate cu specificațiile NIST și IUPAC.

Durată de valabilitate garantată de 2 ani

Fiecare soluție standard este livrată într-un ambalaj etanș din pungă de aluminiu ce garantează depozitarea sigură.

Până la prima deschidere, valoarea certificată este garantată timp de 2 ani de la data eliberării certificatului.

Descărcare certificat

Fiecare soluție etalon are propriul certificat de analiză care poate fi descărcat de pe site-ul web Hach.

Trasabilitate dovedită

Fiecare soluție standard are propriul Certificat de conformitate și trasabilitate care poate fi descărcat de pe site-ul web Hach. Utilizarea de soluții standard de pH fabricate de un laborator acreditat vă conferă încredere deplină în lanțul trasabilității și în incertitudinile calculate.

Specificații

Cantitate:	500 ml
Cod culoare?:	Nu
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	reactiv de calibrare tampon pH
Nota de subsol:	¹ Cu excepția pH 7,000 formulat de noi în conformitate cu specificațiile NIST, IUPAC și DIN19266 pentru pH 6,865 și pH 7,413

²Dansk Fundamental Metrologi A/S este acreditat pentru măsurarea pH-ului de către the Danish Accreditation and Metrology Fund (DANAK)(nr. 255)

Package settings:

Recipient

Parametru:

pH

Trasabilitate NIST:

Da

Valoare pH :

1,679 ±0,010 pH la 25°C