

Plicuri cu reactiv DPD pulbere pentru clor total, 25 ml, pachet de 100

Nr. produs: **1406499**

RON Preț (fără TVA):
Expediere în 2 săptămâni

Produse periculoase

Contact





Pentru determinarea clorului total prin metoda DPD. Acceptat de USEPA pentru raportarea analizei apei potabile şi apei uzate utilizând metoda Hach 8167.

Intervale: interval scăzut: până la - 2,00 mg/l; interval mediu: 0,05-4,00 mg/l; interval ridicat: 0,1-10,0 mg/l.

Dimensiunea probei: interval scăzut - 25 ml; interval mediu: 10 ml; interval ridicat: 5 ml.

Pachet cu 100 de plicuri cu pulbere.

Fără acid boric!

Specificaţii

Condi#ii de depozitare:	10 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	0,02-2,00 mg/l Cl_2
Domeniu de masurare :	0,05 - 4,00 mg/l Cl_2
EPA compliant:	Da
Instrument:	DR/3000, DR/2000
Numar metoda:	10250 MR
Numar teste:	100
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor, brom, iod total
Platforma:	Pernu#e cu pudră