

# Soluție etalon de conductivitate, material de referință certificat MRC 1015 µS/cm, 0,05% NaCl, 500 mL

| | |
|---|---|
| **Nr. produs:** | **S51M004** |
| RON Preț (fără TVA): | Contact |
| Disponibil | |

## Material de referință certificat MRC conform EN ISO 17034

Soluție etalon de conductivitate, material de referință certificat MRC, conform DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00), cu certificat de analiză* care raportează valoarea exactă a conductivității. Durată de valabilitate garantată datorită ambalajului etanş din pungă de aluminiu. Conductivitate clorură de sodiu 0,05% (NaCI): 1015 µS/cm ±0,5% (k=2) la 25 °C, recipient de 500 mL.

*Disponibil pentru descărcare de pe www.hach.com/CoA.

**Producător acreditat de materiale de referință**
Compania Hach este acreditată de către autoritatea germană de acreditare DAkkS ca producător înregistrat de materiale de referință conform DIN EN ISO 17034:2017. Laboratorul de calibrare Hach situat în Berlin este înregistrat conform DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

**Soluții etalon complet trasabile**
Utilizarea de soluții etalon fabricate de un producător acreditat de materiale de referință vă conferă încredere deplină în lanțul trasabilității şi în incertitudinile calculate.

**Durată de valabilitate garantată de 2 ani**
Fiecare soluție standard este livrată într-un ambalaj etanş din pungă de aluminiu ce garantează depozitarea sigură.

Până la prima deschidere, valoarea certificată este garantată timp de 2 ani de la data eliberării certificatului.

**Descărcare certificat**
Fiecare soluție etalon are propriul certificat de analiză care poate fi descărcat de pe site-ul web Hach.

**Trasabilitate dovedită**
Fiecare soluție standard are propriul Certificat de conformitate şi trasabilitate care poate fi descărcat de pe site-ul web Hach. Utilizarea de soluții etalon fabricate de un laborator acreditat vă conferă încredere deplină în lanțul trasabilității şi în incertitudinile calculate.

---

## Specificații

| | |
|---|---|
| Cantitate: | 500 mL |
| Concentratie: | 1015 µS/cm ±0,5 % la 25°C |
| Condi#ii de depozitare: | 10 - 25 °C (protejată împotriva luminii) |
| Descriere: | Conductivity calibration solution |
| Formula: | NaCl |
| Nota de subsol: | [1]Cu excepția pH 7,000 formulat de noi în conformitate cu specificațiile NIST, IUPAC şi DIN19266 pentru pH 6,865 şi pH 7,413 |

| | |
|---|---|
| | [2]Dansk Fundamental Metrologi A/S este acreditat pentru măsurarea pH-ului de către the Danish Accreditation and Metrology Fund (DANAK)(nr. 255) |
| Nume metoda: | Standard solution verified by Reference Materials Laboratory |
| Package settings: | Recipient |
| Parametru: | Conductivitate |
| Platforma: | Solu#ie |
| Trasabilitate NIST: | Da |