

Soluție etalon de conductivitate, material de referință certificat MRC OIML 111,3 mS/cm, KCl 1D, 500 mL

Nr. produs: **S51M001**

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Material de referință certificat MRC conform EN ISO 17034

Soluție etalon de conductivitate, material de referință certificat MRC, conform DIN EN ISO 17034:2017, cu certificat de analiză* care raportează valoarea exactă a conductivității. Durată de valabilitate garantată datorită ambalajului etanş din pungă de aluminiu. Conductivitate clorură de potasiu Demal 1 (KCl): 111,3 mS/cm ±0,5% (25°C), recipient de 500 mL.

*Disponibil pentru descărcare de pe www.hach.com/CoA.

Producător acreditat de materiale de referință
Compania Hach este acreditată de către autoritatea germană de acreditare DAkkS ca producător înregistrat de materiale de referință conform DIN EN ISO 17034:2017. Laboratorul de calibrare Hach situat în Berlin este înregistrat conform DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Soluții etalon complet trasabile
Utilizarea de soluții etalon fabricate de un producător acreditat de materiale de referință vă conferă încredere deplină în lanțul trasabilității şi în incertitudinile calculate. Soluțiile etalon de conductivitate sunt preparate şi calibrate conform scalei Demal recunoscute internațional, elaborată de Organizația Internațională de Metrologie Legală (OIML – Recomandarea nr. 56).

Durată de valabilitate garantată de 2 ani
Fiecare soluție standard este livrată într-un ambalaj etanş din pungă de aluminiu ce garantează depozitarea sigură.

Până la prima deschidere, valoarea certificată este garantată timp de 2 ani de la data eliberării certificatului.

Descărcare certificat
Fiecare soluție etalon are propriul certificat de analiză care poate fi descărcat de pe site-ul web Hach.

Trasabilitate dovedită
Fiecare soluție standard are propriul Certificat de conformitate şi trasabilitate care poate fi descărcat de pe site-ul web Hach. Utilizarea de soluții etalon fabricate de un laborator acreditat vă conferă încredere deplină în lanțul trasabilității şi în incertitudinile calculate.

Specificații

Cantitate:	500 mL
Concentratie:	111,3 mS/cm ±0,5% (k=2) la 25°C
Condi#ii de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Conductivity calibration solution
Formula:	KCl
Nota de subsol:	[1]Cu excepția pH 7,000 formulat de noi în conformitate cu specificațiile NIST, IUPAC şi DIN19266 pentru pH 6,865 şi pH 7,413

	[2]Dansk Fundamental Metrologi A/S este acreditat pentru măsurarea pH-ului de către the Danish Accreditation and Metrology Fund (DANAK)(nr. 255)
Package settings:	Recipient
Parametru:	Conductivitate
Platforma:	Solu#ie
Trasabilitate NIST:	Da