

Test cuvetă COD 150-1000 mg/L O_2

Nr. produs: **LCK114**

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantităţi minime de reactivi, siguranţă maximă.

Reactivi predozaţi pentru siguranţă maximă. Uşor de utilizat şi cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Aprobate oficiale pentru limitele de consimţire. Ecologice datorită cantităţii mai reduse de substanţe chimice.

Valori exacte şi sigure ale măsurătorilor

Siguranţă maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis şi cantităţilor mici de reactivi

Dozare simplă şi fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoaşterea automată în fotometru şi calibrare Truecal

Diferenţierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

---

Specificaţii

Condi#ii de depozitare:	15 - 25 °C (a se feri de lumină)
Descriere:	Consum chimic de oxigen
Domeniu de măsurare:	150 - 1000 mg/L O_2
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Necesitate digestie:	Da
Numar teste:	25
Nume metoda:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Parametru:	COD
Platforma:	LCK
Truecal:	Da